

Tenha em atenção:

- Em cada caixa de medicação vem um cartão com um disco colado que permite o funcionamento do nebulizador. Este deve ser colocado na ranhura que se encontra do lado direito do botão cinzento de ligar/desligar.
- Existe um disco por cada conjunto de 30 frascos.
- Não se esqueça que este disco servirá para nebulizar todos os frascos contidos na caixa e não pode perdê-lo, devendo confirmar sempre antes de iniciar a nebulização, que ele se encontra colocado no dispositivo.
- É normal que ao fechar a câmara de medicação se entorne uma pequena parte do líquido.
- Não devem estar equipamentos eletrónicos a menos de um metro de distância, mesmo que desligados.
- Este nebulizador não deve ser usado na presença de gases medicinais, como por exemplo oxigénio.

***A capacidade máxima de líquido do reservatório da medicação é de 1 ml.
No final da nebulização resta sempre um volume residual de 0,1-0,2 ml.***

Informação

Nebulizador eletrónico de malha vibratória com sistema de libertação adaptada AAD



Este nebulizador é composto por corpo do nebulizador, a câmara da medicação, a peça bucal de administração e a tampa da câmara em malha.

Antes de fazer o primeiro tratamento deverá:

- Carregar a bateria durante 3-6 horas ou até ser visível o símbolo de carga total.
- Inserir o disco de doseamento, que é fornecido num cartão na embalagem do seu fármaco, na ranhura na parte da frente do I-neb. Caso não insira o disco, o nebulizador não funcionará. Deixe o disco dentro do I-neb entre os tratamentos.



Como se prepara a nebulização?



Peça bucal



Tampa da câmara em malha



Câmara da medicação



Corpo

1. Verta toda a solução preparada na câmara da medicação com ajuda do funil.
2. Coloque o filtro sobre a câmara da medicação, certificando-se de que ao fechar faz clique. Pode acontecer que ao fechar a câmara de medicação se entorne uma pequena parte do líquido.
3. Adapte o bucal.
4. Ligue o nebulizador premindo o botão cinzento.
5. No visor aparecerá uma cara e o número de doses que ainda se pode fazer com o disco.
6. Coloque-se na posição de sentado, com os cotovelos sobre uma mesa.
7. Coloque o bucal na boca, com o nebulizador na posição horizontal, com o visor virado para baixo. Quando o nebulizador não está no ângulo correto, ouvir-se-á um sinal sonoro (4 bips curtos).
8. Comece a respirar, lenta e profundamente pela boca. Quando a medicação começa a ser administrada sente-se uma ligeira vibração.
9. Se houver necessidade de parar para descansar ou tossir, o aparelho para automaticamente sem haver perda de medicação. Se a interrupção for menor que 10 minutos o tratamento manter-se-á.
10. Quando a medicação tiver terminado ouvir-se-á um sinal sonoro (bip longo e contínuo) e aparecerá uma cara sorridente.

O tempo de inalação é de 3 a 4 minutos, variando de pessoa para pessoa.