

Informação

Nebulizador eletrónico de malha vibratória



Como se prepara a nebulização?

1. Remova a tampa do reservatório desenroscando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Verta todo o conteúdo da medicação para o reservatório. A capacidade máxima do reservatório da medicação é de 6ml.
3. Feche o reservatório da medicação alinhando as guias de encaixe da tampa com as ranhuras do reservatório. Pressione e rode a tampa o mais possível no sentido dos ponteiros do relógio.



SÃO JOÃO



Centro de Referência
Fibrose Quística

Centro Hospitalar Universitário de São João
Alameda Professor Hernâni Monteiro
4200-319 Porto
T +351 225 512 100
W www.chusj.pt

- 4.** Pressione e segure o botão *On/Off* na unidade de comando durante alguns segundos. Ouvirá um som e a luz de estado ficará verde. Após alguns segundos, uma névoa de aerossol começará a fluir para o interior da câmara do nebulizador.
- 5.** Coloque o bucal na boca. Comece a respirar, lenta e profundamente pela boca. Evite respirar através do nariz.
- 6.** Quando o tratamento tiver terminado, ouvirá 2 sons.
- 7.** Abra a tampa do reservatório para se assegurar de que todo o medicamento foi utilizado. Algumas gotas de medicamento podem permanecer no reservatório (cerca de 0,5-1ml). Se tiver mais, volte a colocar a tampa do reservatório e reinicie o tratamento.
- 8.** Assim que o tratamento esteja terminado, desligue a unidade de comando e desmonte o nebulizador para o limpar e desinfetar.
- 9.** Se por algum motivo tiver de interromper o tratamento, pressione e mantenha o botão *On/Off* durante um segundo completo para desligar e faça o mesmo para reiniciar.
- 10.** A inalação demorará cerca de 2–5 minutos, dependendo da quantidade do fármaco, da viscosidade do mesmo e do padrão de inalação do utilizador. No caso dos antibióticos é mais demorado, não devendo ultrapassar os 10 minutos.

***A capacidade máxima de líquido do reservatório da medicação é de 6ml.
No final da nebulização resta sempre um volume residual de 0,5-1 ml.***

Nota: O dispositivo *Alterta*® é utilizado apenas para administração de *aztreonam* inalado.

Anotações
